

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN QUẬN 11

Số: 3755 /TB-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quận 11, ngày 03 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Quận 11 kính mời quý công ty gửi bảng báo giá theo danh mục hàng hóa của bệnh viện (*danh mục kèm theo*).

Khi báo giá, các Công ty cần chú ý:

- Báo giá theo biểu mẫu của Bệnh viện và có điền đầy đủ thông tin về phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ban hành ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế (*xem file đính kèm*).
- Chỉ báo giá cho những mặt hàng trong danh mục kèm theo mà đơn vị đang cung ứng.
- Giá chào cho đơn vị tính nhỏ nhất, đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển giao hàng tới Bệnh viện (khi trúng thầu).
- Hiệu lực báo giá tối thiểu **12 tháng** tính từ ngày báo giá.
- Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và phải đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy).

**Thời gian nhận Báo giá:** từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 06/10/2022.

Mọi thông tin cần liên hệ về danh mục báo giá, Công ty liên hệ phòng VTTTBYT số: 02838586257 -119 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC



TS.BS Phạm Quốc Dũng



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN QUẬN 11

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Thông báo số: 3755 /TB-BV ngày 03 tháng 10 năm 2022)

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	YCKT
1	Bộ quả lọc máu liên tục, hấp phụ các nội độc tố	Quả	Bộ quả lọc gồm quả lọc, dây dẫn máu, dây dẫn dịch túi dịch thải dùng cho máy Prisma flex sử dụng trong lọc máu liên tục, hấp phụ các nội độc tố, anaphylatoxin, cytokine Diện tích bề mặt màng 1.5m <sup>2</sup> Chất liệu màng: phức hợp Acrylonitrile sodium methallyl sulfonate copolymer và polyethyleneImine, bề mặt sợi lọc được gắn Heparin Thể tích mỗi: 189 ml