

Số: 5040/TB-BV

Quận 11, ngày 04 tháng 12 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

(theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Mua sắm máy sưởi ấm bệnh nhân*, với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Hồ Đắc Bình – Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

Nhận qua email: vtttbyt.bvq11@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2023.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy sưởi ấm bệnh nhân	Cấu hình bao gồm: - 01 máy chính (có dây nguồn kèm theo) - 01 xe đẩy inox. - 01 bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt - 10 chăn làm ấm, gồm: + 02 Chăn làm ấm toàn thân dùng cho	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>người lớn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 02 Chăn làm ấm toàn thân dùng cho trẻ em.</li> <li>+ 02 Chăn làm ấm trẻ em dùng trong phẫu thuật.</li> <li>+ 02 Chăn làm ấm phần trên dùng trong phẫu thuật.</li> <li>+ 02 Chăn làm ấm phần dưới dùng trong phẫu thuật.</li> </ul> <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy có màn hình, dễ vận hành và bảo dưỡng</li> <li>- Có ít nhất 5 chế độ cài đặt nhiệt độ sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ phòng</li> <li>+ Mức thấp 34oC</li> <li>+ Mức trung bình 40oC</li> <li>+ Mức cao 45oC</li> <li>+ Mức tăng cường 47oC.</li> </ul> </li> <li>- Tốc độ thổi ≤ 23.5 lít / giây (49,9 CFM)</li> <li>- Làm ấm nhanh, đạt 37oC trong vòng ≤ 60 giây. Dung sai nhiệt độ thấp +/-1oC</li> <li>- Có bộ lọc khuẩn HEPA filter lọc đến ≤ 99,97% và tạo kích thước hạt chỉ ≤ 0,3 micron với thời gian hiệu quả đến ≤ 2.000 giờ sử dụng</li> <li>- Chăn đắp đa dạng đáp ứng mọi thủ tục lâm sàng, kết cấu nhiều lớp - nhẹ, thoải mái và chắc chắn</li> <li>- Trọng lượng ≤ 5,2 kg</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn RoHs, IEC hoặc tương đương</li> <li>- Có chứng nhận FDA, ISO hoặc tương đương</li> </ul>		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại .... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

*(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTTBYT (Bình-04b).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Dũng**