

Số: 3582/TB-BV

Quận 11, ngày 12 tháng 09 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Mua ghế nha khoa* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Lưu Đức Thiện – Nhân viên/Kỹ sư Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

Nhận qua email: vtttbyt.bvq11@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Ghế nha khoa	-Thiết bị được sản xuất từ năm 2022 trở về sau -Có chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế như EC, ISO 9001... -Bảo hành tối thiểu 24 tháng và cam kết cung cấp phụ tùng phụ kiện thay thế tối thiểu 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành. -Ghế nha:	01	cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>+Có thể thay đổi chiều dài để có vị trí ngồi thoải mái cho nhiều bệnh nhân khác nhau.</p> <p>+điều khiển ghế lên xuống bằng pedal và phím chức năng.</p> <p>+Tựa tay hai bên trái-phải</p> <p>+Trọng tối đa 200kg</p> <p>+Thay đổi chiều cao ghế trong khoảng từ 450mm đến 800mm</p> <p>+Tựa lưng thay đổi trong khoảng 0°~70°</p> <p>+ Bàn phím điều khiển chức năng của ghế bên phía bác sỹ.</p> <p>+Bộ giữ tay khoan với 5 vị trí kích thước thông dụng.</p> <p>+Tay xịt hơi nước</p> <p>+dây tay khoan High Speed</p> <p>+dây tay khoan Lowspeed</p> <p>+Bồn nhỏ bằng sứ có thể tháo rời và dễ dàng làm sạch</p> <p>+Công tắc bật/ tắt nước ly súc miệng dễ dàng được kích hoạt ở cả hai phía bệnh nhân và trợ thủ.</p> <p>+Bộ làm ấm nước cho nước cốc súc miệng</p> <p>+Xả nước bồn nhỏ được điều khiển với bộ đo thời gian, kết nối với cốc nước súc miệng.</p> <p>+Bộ hút phẫu thuật và hút nước bọt bằng hơi, có thể tháo ra và hấp sấy.</p> <p>+Giắc cắm nước nhanh cho máy cạo vôi ngoài.</p> <p>+Đèn LED, không sinh nhiệt không hát bóng, tắt mở bằng cảm ứng.</p> <p>-Ghế nha sỹ có tựa lưng với độ nghiêng có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh được chiều cao trong khoảng từ 475mm đến 600mm và có bánh xe di chuyển.</p>		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm

ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTTBYT (Thiện-04b).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Dũng