

Số: 5031 /BV-VTTTBYT
V/v yêu cầu báo giá Máy soi cổ tử cung

Quận 11, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Lưu Đức Thiện – Nhân viên/Kĩ sư Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTTYT

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy soi cổ tử cung	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% - Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng 220V-50Hz 2. Cấu hình và phụ kiện - Camera chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Cáp kết nối: 01 bộ - Phần mềm hỗ trợ - HDSD: 01 bộ - Chân đế: 1 cái	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		3. Yêu cầu kỹ thuật - Độ phân giải: $\geq 2.000.000$ pixel - Kích thước điểm ảnh: $\geq 1920 \times 1080$ - Công nghệ lấy nét tự động - Bộ điều khiển có chức năng: phóng to, thu nhỏ, chụp hình ảnh... - Độ phóng đại lớn nhất của ống kính có thể đạt: 128 lần phóng đại - Khoảng cách làm việc của ống kính : 100-500 mm - Nguồn sáng: Led - Có thể điều chỉnh chiều cao - Có thể xem camra trực tiếp		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTTBYT (Thiện-04b).

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đức Nhã