

Số: 5032 /BV-VTTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa –
Mua sắm Kính sinh hiển vi khám mắt

Quận 11, ngày 20 tháng 12 năm 2024 .

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế, phụ kiện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Hồ Đắc Bình – Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 30 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Quận 11 liệt kê chi tiết danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo bảng sau:.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Kính sinh hiển vi khám mắt	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$ - Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình: - Sinh hiển vi: 01 chiếc	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Cáp nối tiêu chuẩn: 01 bộ - Nguồn sáng: 01 chiếc - Ống kính hai mắt: 01 chiếc - Thị kính: 02 chiếc - Bao phủ chống bụi: 01 chiếc - Tỳ cầm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc - Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ <p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>1. Thân máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng khe điều chỉnh liên tục 0 mm đến ≥ 16 mm. - Chiều dài khe sáng điều chỉnh đường kính tối đa ≥ 16 mm, liên tục từ 1 đến ≥ 12 mm - Khe sáng có thể xoay: 90° sang trái và phải - Góc nghiêng của đèn khe theo chiều dọc: $0^\circ, 5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$ - Bộ lọc: Hoàn toàn trong suốt, ND, xanh lá, xanh lam - Độ rộng nghiêng khe: 8 mm về bên phải và bên trái - Dải điều chỉnh của thân máy theo các hướng: <ul style="list-style-type: none"> + Theo chiều ngang: 100 x 110 mm + Theo chiều dọc: 30 mm - Đèn định thị sử dụng nguồn sáng LED (hoặc tương đương) với 2 màu: vàng và xanh lá cây. <p>2. Kính hiển vi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phóng đại điều chỉnh tối thiểu 5 mức: từ $\leq 5x$ đến $\geq 50x$ - Trường nhìn: từ $\leq 4,5$mm đến ≥ 44 mm. - Thị kính độ phóng đại 12,5x, bù trừ khúc xạ trong khoảng $\leq -8D$ đến $\geq +8D$ - Điều chỉnh khoảng cách đồng tử trong khoảng: ≤ 55 mm đến ≥ 80 mm - Khoảng cách làm việc của vật kính: >100 mm - Ống kính hội tụ ở góc $\geq 8^\circ$ 		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Nguồn sáng chính: đèn LED trắng hoặc tương đương công suất $\leq 5W$. Có thể dùng lên đến ≥ 60.000 giờ.</p> <p>3. Thông số bộ camera</p> <p>- Bộ camera sử dụng cảm biến loại CMOS hoặc tương đương</p> <p>- Độ phân giải ≥ 5 Mega pixels, hình ảnh đầu ra HD.</p> <p>- Tốc độ khung hình ≥ 30 fps</p> <p>- Trọng lượng < 800 g.</p> <p>- Hệ điều hành: Window hoặc tương đương</p> <p>- Ổ cứng chạy hệ điều hành: loại SSD, dung lượng $\geq 128GB$</p> <p>- RAM $\geq 8GB$</p> <p>- Màn hình máy tính ≥ 19 inches</p>		

2. Cung cấp đầy đủ bản sao và bản dịch catalogue cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

6. Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.

7. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTTBYT (Bình-03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đức Nhã