

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN QUẬN 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 514/CBV-VTTTBYT

Quận 11, ngày 27 tháng 12 năm 2024.

V/v Yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa –
Máy chụp hình đáy mắt võng mạc

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá đề tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế, phụ kiện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11 – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: **Hồ Đức Bình – Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.**

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vttbtyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Quận 11 liệt kê chi tiết danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo bảng sau:..

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy chụp hình đáy mắt võng mạc	I. Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">Thiết bị mới 100%.Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi.Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa $\geq 35^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$.Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz. II. Yêu cầu cấu hình: Cấu hình bao gồm: <ul style="list-style-type: none">Thân máy chính: 01 chiếc	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Bàn phím, chuột máy tính: 01 Bộ</p> <p>- Đèn định thị ngoài: 01 chiếc</p> <p>- Tỳ cầm bệnh nhân: 01 chiếc</p> <p>- Chân bàn đặt máy: 01 chiếc</p> <p>- Máy tính: 01 chiếc</p> <p>- Bao phủ máy: 01 chiếc</p> <p>- Máy in màu tương thích: 01 chiếc</p> <p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p> <p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>Đặc tính kỹ thuật ảnh chụp đáy mắt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera độ phân giải: $\geq 2448 \times 2051$ (5MPixel) hoặc tương đương - Trường chụp khoảng $50^\circ \times 45^\circ$ - Kích thước đồng tử máy có thể chụp tới: $\geq 2,5\text{mm}$ - Đèn định thị: bên trong máy (có ≤ 1 ở trung tâm và ≤ 8 ở chu biên) - Dải điều chỉnh khúc xạ trong khoảng -1SD đến +1SD - Co chức năng tự động đo tỉ lệ Cup/Disk. - Có thể thu được hình ảnh rất chi tiết về võng mạc khi sử dụng mức đèn flash thấp và ánh sáng hồng ngoại. - Có chức năng hiển thị hình ảnh với nhiều bước sóng khác nhau - Có chức năng chụp nhiều hình ảnh để kết hợp với nhau tạo thành hình ảnh toàn cảnh võng mạc ngoài vi - Nguồn sáng hồng ngoại sử dụng đèn LED bước sóng $\leq 850\text{nm}$ - Nguồn sáng đèn Flash sử dụng đèn LED bước sóng $\leq 450 - \geq 650\text{nm}$ - Tối thiểu 1 phần mềm xuất hình ảnh kiểu định dạng DICOM <p>Đặc tính kỹ thuật phần thân máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách làm việc $\geq 20 \text{ mm}$ - Di chuyển của thân máy theo trục XYZ: 		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>≥ 105 x 110 x 30mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng dịch chuyển của tỷ cầm ≥ 70mm ± 1mm - Chiều cao của tỷ cầm so với bàn ≥ 240mm - Kết nối với máy tính qua cổng USB 3.0 hoặc tương đương. - Trọng lượng thân máy ≤ 6Kg <p>Yêu cầu kỹ thuật phần máy tính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình độ phân giải: ≥ 1920x1080 hoặc tương đương - Ram: ≥ 4 GB - Cổng USB: USB 3.0 hoặc tương đương. 		

2. Cung cấp đầy đủ bản sao và bản dịch catalogue cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại ... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

6. Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.

7. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTTBYT (Binh-03b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đức Nhã

