

Số: 5144/BV-VTTTBYT

Quận 11, ngày 27 tháng 12 năm 2024.

V/v Yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa –

Thay thế linh kiện máy gây mê giúp thở

Atlan A300 lần 2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở sở từ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế, phụ kiện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Hồ Đắc Bình – Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Quận 11 liệt kê chi tiết danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Cảm biến lưu lượng	- Loại đo cảm biến lưu lượng cho máy gây mê, tương thích với dòng máy gây mê giúp thở, máy thở Draeger, hoặc tương đương. - Nguyên lý hoạt động: cảm biến sợi nhiệt, hoặc tương đương.	30	Cái
2	Bẫy nước đo ETCO2 cho máy gây mê	- Loại bẫy nước đo ETCO2 dùng cho máy gây mê giúp thở Draeger, hoặc tương đương. - Cấu tạo có ít nhất 02 lớp màng lọc vi mao quản PTFE hoặc tương đương, và có ít nhất 01 lớp polymer siêu hấp hút.	30	Cái
3	Dây trích khí mẫu	- Loại dây trích khí mê dùng cho máy gây mê giúp thở Draeger, hoặc tương đương.	30	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo có kết nối chặt chẽ và đồng bộ với các phụ kiện máy gây mê giúp thở Draeger, hoặc tương đương.</li> <li>- Sản phẩm sử dụng một lần.</li> </ul>		

2. Cung cấp đầy đủ bản sao và bản dịch catalogue cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại .... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.
6. Bảo giá cung cấp đã bao gồm VAT.
7. Các thông tin khác (nếu có).

*(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTTBYT (Binh-03b).

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**




**Lê Đức Nhã**