

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN QUẬN 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5175/BV-VTTTBYT

Quận 11, ngày 30 tháng 12 năm 2024.

V/v Yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa –
Thay thế đầu dò con gò cổ tử cung của
monitor sản khoa lần 2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế, phụ kiện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Hồ Đắc Bình – Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.
Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)
Email liên hệ: vttbvt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBVT
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 10 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Quận 11 liệt kê chi tiết danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo bảng sau:..

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Đầu dò theo dõi con gò cổ tử cung	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu theo dõi bên ngoài- Dài đo khoảng 0~99 đơn vị- Đơn vị đếm 1- Độ chính xác trong khoảng $\pm 1\%$- Rò rỉ tín hiệu: $< 10\mu A @ 264 VAC$- Tính cách biệt: $> 4 kV RMS$- Sử dụng tương thích với Monitor sản khoa Bistos BT 300.	03	Cái

2. Cung cấp đầy đủ bản sao và bản dịch catalogue cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại ... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: không có.

6. Bảo giá cung cấp đã bao gồm VAT.

7. Các thông tin khác (nếu có).


(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTTTYT (Binh-03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đức Nhã